

Số: 151/YC - BVQDY

Bạc Liêu, ngày 13 tháng 03 năm 2026

YÊU CẦU BÁO GIÁ
V/v Yêu cầu báo giá thiết bị y tế vật lý trị liệu

Kính gửi: Các Công ty, Cửa hàng, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Quân Dân y Bạc Liêu có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, nhằm làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua **thiết bị y tế vật lý trị liệu** với nội dung cụ thể như sau:

TT	Danh mục hàng hóa	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)
1	MÁY ĐIỆN XUNG TRỊ LIỆU	Yêu cầu chung	Máy	02		
		Thiết bị mới 100%. Máy chính sản xuất từ năm 2024 trở về sau				
		Xuất xứ máy chính: Liên minh Châu Âu (EU)/ G7				
		Nguồn điện sử dụng: 220 - 240 VAC, 50/60 Hz				
		Đạt tiêu chuẩn ISO 9001/ ISO 13485 hoặc tương đương.				
		Điều kiện môi trường hoạt động trong khoảng:				
		Nhiệt độ tối đa đến: $\geq 30^{\circ}\text{C}$				
		Độ ẩm tối đa đến: $\geq 75\%$				
		Yêu cầu về cấu hình				
		Máy chính: 01 cái				
		Dây điện cực: 02 bộ				
		Đầu phát dòng điện: 01 cái				
		Điện cực cao su cỡ M: 04 cái				
		Xốp điện cực cỡ M: 04 cái				
		Đai cố định điện cực các kích cỡ: 04 cái				
		Dây nguồn: 01 cái				
		Xe đẩy máy chính và phụ kiện: 01 cái				
		Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ				
		Chỉ tiêu kỹ thuật				



	Máy chính tích hợp màn hình màu cảm ứng, điều chỉnh và hiển thị thông số với kích thước ≥ 4 inch				
	Máy chính với thiết kế để bàn với trọng lượng ≤ 04 kg				
	– Máy chính tích hợp màn hình màu cảm ứng, điều chỉnh và hiển thị thông số với kích thước ≥ 4 inch				
	– Máy chính với thiết kế để bàn với trọng lượng ≤ 04 kg				
	– Số kênh điện trị liệu độc lập đồng thời ≥ 02 kênh				
	– Các chế độ kích thích điện tối thiểu bao gồm: TENS, Russian Mode, Diadynamic Mode, Micro Current, xung điện áp cao (High Voltage), xung giao thoa, xung tam giác, xung hình chữ nhật				
	– Tần số kích thích điện tối đa ≥ 10.000 Hz				
	– Điện thế kích thích tối đa $\geq 300V$				
	– Dòng điện kích thích tối đa: ≥ 600 mA				
	– Độ rộng xung có thể điều chỉnh tối đa $\geq 300 \mu s$				
	– Số chương trình điều trị tích hợp sẵn ≥ 06 chương trình				
	– Xe đẩy máy chính và phụ kiện:				
	+ Chất liệu: nhựa ABS hoặc chất liệu tương đương				
	+ Thiết kế với các bánh xe di chuyển và chức năng khóa cố định vị trí.				
	Các điều kiện khác				
	– Thời gian bảo hành toàn hệ thống ≥ 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu và không ngắn hơn thời gian bảo hành khuyến nghị của hãng sản xuất.				
	– Trong thời gian bảo hành, bảo trì định kỳ theo khuyến cáo của nhà sản xuất, có bảng chi tiết thực hiện công tác bảo trì – bảo dưỡng (tối thiểu 02 lần/năm).				

	– Cung cấp bảng liệt kê chi tiết danh mục phụ kiện của toàn hệ thống và danh mục vật tư tiêu hao cho thiết bị trong 1 lần hoạt động tiêu chuẩn. – Có chào giá chi tiết công tác bảo trì sau thời gian bảo hành. – Cam kết cung cấp phụ tùng, phụ kiện, các dịch vụ kỹ thuật khi khách hàng có yêu cầu trong thời hạn ít nhất 8 năm. Báo giá chi tiết phụ tùng, phụ kiện, các dịch vụ kỹ thuật và có cam kết không thay đổi giá trong thời hạn ít nhất là 5 năm sau bảo hành – Thời gian cung cấp hàng hóa $\leq$ 03 tháng kể từ ngày hiệu lực hợp đồng. – Cam kết cung cấp CO/CQ, tờ khai hải quan, đầy đủ tài liệu hướng dẫn sử dụng và bảo trì và hướng dẫn sửa chữa bản tiếng Việt và tiếng Anh khi giao hàng. – Có kỹ sư của hãng sản xuất hoặc được đào tạo bởi hãng sản xuất tham gia lắp đặt, hướng dẫn đào tạo vận hành sử dụng. – Khi thiết bị có sự cố, kỹ sư thuộc trung tâm bảo hành chính hãng hoặc thuộc chủ sở hữu thiết bị hợp pháp tại Việt Nam cam kết xử lý ghi nhận sự cố trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo.				
--	---	--	--	--	--



Ghi chú:

- Báo giá phải kèm theo cấu hình, tính năng, thông số kỹ thuật chi tiết của thiết bị.

Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Quân Dân y Bạc Liêu.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Họ và tên: Bùi Hoàng Dương Chức vụ: Phó Trưởng Phòng

- Số điện thoại: 0901.224.344

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp bản giấy tại địa chỉ Phòng Kế hoạch Tổng hợp & Trang thiết bị Y tế - Bệnh viện Quân Dân y Bạc Liêu.

- Địa chỉ: Số 393, đường 23/8, Phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 14h ngày 19/03/2026 đến trước 16h ngày 25/03/2026 (trong giờ hành chính).

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 19/03/2026.

Bệnh viện Quân Dân y Bạc Liêu kính mời các công ty, cửa hàng, nhà cung cấp tại Việt Nam nộp hồ sơ báo giá trong thời gian và địa điểm nêu trên.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC



Mã Hồng Anh